

校正証明書

顧客名 弘前大学医学部附属病院

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名 : ワイヤレスデータロガー 型式 : RTR-501L
製造番号 : 52B81719 製造者 : 株式会社ティアンドデイ
校正日 : 2024年4月23日 管理番号 : AKFS24-0394
顧客管理番号: 冷蔵庫(1) A

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取得しています。

[使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
デジタル温度計/白金標準センサ ADS-100-HQ / PTP-150	株式会社 サーマポート 8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	MRI136 2025年4月10日

試験成績書

大阪市此花区高岸4-1-131
 アズワン株式会社
 サービス営業部
 フィールドサービスグループ

品名	: ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR-501L
製造番号	: 52B81719	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2024年4月23日	管理番号	: AKFS24-0394
環境温度	: 25°C	校正者	: 元原 茂雄
調整	: あり <input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/>		



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
 校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
デジタル温度計/白金標準センサ ADS-100-HQ / PTP-150	株式会社 サーモポート 8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	MRI136 2025年4月10日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0°C	4.5°C ~ 5.5°C	5.0°C	良
*総合判定			良

[備考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
 アズワン株式会社
 サービス営業部
 フィールドサービスグループ

